

EVIDENCIA CLÍNICA · RESUMEN EN ESPAÑOL

EverLift® · Agente de elevación submucosa

Resumen de la información clínica publicada sobre EverLift® (Laborie). A la fecha de este documento, la principal fuente disponible es un seguimiento clínico post comercialización publicado por el fabricante; no encontramos ensayos clínicos con EverLift indexados en PubMed.

SEGUIMIENTO CLÍNICO POST COMERCIALIZACIÓN · DATOS DEL FABRICANTE

Seguimiento clínico de las jeringas EverLift de 5 mL y 10 mL

Laborie Medical Technologies. Clinical data supports that EverLift® Submucosal Lifting Agent does not produce artifacts. Comunicado y white paper publicados el 31 de agosto de 2022 en laborie.com (datos en archivo del fabricante, documento 106467-1).

Investigador: Gary Reiss, MD (Metropolitan Gastroenterology Associates). Revisión histopatológica: Robert M. Najarian, MD.

Año del seguimiento: 2021.

Pacientes: Datos de 71 pacientes.

- No se observaron artefactos histológicos atribuibles al dispositivo.
- No se registraron reacciones ni complicaciones intraprocedimiento en el sitio de inyección o adyacentes.
- No se informaron complicaciones a las 24 horas del procedimiento.
- El fabricante destaca la importancia de informar al patólogo cuando se usó un agente de elevación en polipectomía, EMR o ESD.

CONTEXTO · PUBLICACIÓN CIENTÍFICA

Agentes de elevación submucosa de uso frecuente en EMR y ESD

Maqsood I, Akshintala VS, Evani ST, et al. Sodium Alginate-Based Submucosal Lifting Hydrogel for Endoscopic Mucosal Resection and Endoscopic Submucosal Dissection. Adv Healthc Mater. 2026;15(32):e71427. DOI: 10.1002/adhm.71427

- Estudio de desarrollo de un nuevo hidrogel (no evalúa EverLift). Lo incluimos porque menciona a EverLift entre los agentes de elevación de uso frecuente, junto con solución salina, almidón, ORISE Gel, Eleview, BlueBoost y EndoClot SIS.

Documento informativo elaborado por ALIVE Ltda. para profesionales de la salud. La información del seguimiento clínico proviene del fabricante y no corresponde a una publicación revisada por pares. No constituye una recomendación clínica. EverLift® debe usarse según las instrucciones de uso del fabricante, Laborie Medical Technologies. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos titulares.